



توضیحات	تعداد (دستگاه)	ایران کد مشابه	شرح کالا
<p>در صورت دارا بودن مشخصات مهر و امضا این برگه الزامی است. دارا بودن IRC و برچسب اصالت معتبر</p>	<p>۲</p>	<p>۲۱۳۴۷۱۰۱۲۳۹۳۰۰۰۱</p>	<ul style="list-style-type: none"> • تخت اتاق عمل ارتوپدی با قابلیت سی آرم • سابقه نصب حداقل ۶ دستگاه در مراکز مختلف و ارائه مستندات • دارا بودن تأییدیه اداره استاندارد و اداره کل تجهیزات پزشکی • رویه با متریال قابل شستشو و ضد عفونی، همچنین عایق در برابر نفوذ مایعات • مدت زمان حداقل ۲ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش • هزینه حمل و نصب دستگاه بر عهده فروشنده • اولویت تولید داخل • تحمل وزن ایستا حداقل تا ۲۵۰ کیلوگرم و عرض مناسب آن • حداقل ۲۵ درجه در صفحه افقی در وضعیت ترندلنبرگ یا بیمار خوابیده به پشت و ۲۵ درجه در عکس وضعیت ترندلنبرگ و ۱۸ درجه آزادی در شیب جانبی داشته باشند. در رویه تخت باید حداقل سه قسمت یا شکن وجود داشته باشد: شکن پشتی تخت، که باید حداقل در موقعیت +۵۵ تا -۲۵ درجه از صفحه افقی فرار بگیرد؛ شکن پایینی تخت (سمت پای بیمار)، باید حداقل در موقعیت +۲۰ تا -۴۰ درجه از صفحه افقی فرار بگیرد؛ و شکن سری تخت، که باید حداقل در موقعیت +۴۵ تا -۹۰ درجه از صفحه افقی فرار بگیرد. • ارائه لوازم جانبی مثل تخته های بازویی، بریس های شانه، رکاب ها، نگهدارنده پا و ساپورت ها، که عموماً برای موقعیت دهی و ثابت کردن بیمار استفاده می شوند و باقی ملزومات و اکسسوری های عمل های تخصصی ارتوپدی از طرف فروشنده الزامیست. • دارای حداقل و حد اکثر ارتفاع قابل تنظیم ممکن تخت طبق استاندارد • رویه با قابلیت نفوذ پرتو و امکان جا گذاری کاست های اشعه ایکس ۳۵×۴۳ سانتی متری (۱۷×۱۴ اینچی) • رویه با قابلیت جدا سازی و مقاوم در برابر اجسام تیز و برنده • قابلیت افزودن اکستنشن های چاقی و تراکشن (فرکچر) تیبل • دارای فرکچر تیبل • دارای قابلیت تبدیل به تخت سی آرم جهت اعمال ارتوپدی کلیه اعضای بدن • دارای کنترل جهت تنظیم وضعیت تخت