

تاریخ: 1401/05/24

شماره:

پوست:

شرح کالا	ایران کد	تعداد (دستگاه)	توضیحات
<ul style="list-style-type: none"> <li>تخت الکتریکی جنرال اتاق عمل</li> <li>سابقه نصب حداقل 6 دستگاه در مراکز مختلف و ارائه مستندات</li> <li>دارا بودن تأییدیه اداره استاندارد و اداره کل تجهیزات پزشکی</li> <li>رویه با متریاال قابل شستشو و ضد عفونی، همچنین عایق در برابر نفوذ مایعات</li> <li>مدت زمان حداقل 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش</li> <li>هزینه حمل و نصب دستگاه بر عهده فروشنده</li> <li>اولویت تولید داخل</li> <li>تحمل وزن ایستا حداقل تا 250 کیلوگرم و عرض مناسب آن</li> <li>حداقل 25 درجه در صفحه افقی در وضعیت ترندلنبرگ یا بیمار خوابیده به پشت و 25 درجه در عکس وضعیت ترندلنبرگ و 18 درجه آزادی در شیب جانبی داشته باشند. در رویه تخت باید حداقل سه قسمت یا شکن وجود داشته باشد: شکن پشتی تخت، که باید حداقل در موقعیت +55 تا -25 درجه از صفحه افقی قرار بگیرد؛ شکن پایینی تخت (سمت پای بیمار)، باید حداقل در موقعیت +20 تا -40 درجه از صفحه افقی قرار بگیرد؛ و شکن سری تخت، که باید حداقل در موقعیت +45 تا -90 درجه از صفحه افقی قرار بگیرد.</li> <li>ارائه لوازم جانبی مثل تخته های بازویی، بریس های شانه، رکاب ها، نگهدارنده پا و ساپورت ها، که عموماً برای موقعیت دهی و ثابت کردن بیمار استفاده می شوند از طرف فروشنده الزامیست.</li> <li>دارای حداقل و حد اکثر ارتفاع قابل تنظیم ممکن تخت طبق استاندارد</li> <li>رویه با قابلیت جدا سازی و مقاوم در برابر اجسام تیز و برنده</li> <li>قابلیت افزودن اکستنشن های چاقی</li> <li>دارای کنترل جهت تنظیم وضعیت تخت</li> </ul>	2134710123930001	1	در صورت دارا بودن مشخصات مهر و امضا این برگه الزامی است. دارا بودن IRC و برچسب اصالت معتبر